



R1: Metais	€ R1	Metodologia
Fe, Mn, Cd, Pb, Cu, Cr, Co, Ni, Zn e As Análise de Teor Total	50	Digestão em unidade de micro-ondas de alta pressão + Fusão / ICP-OES
R2: Teores totais em elementos maiores e em traço	€ R2	Metodologia
Maiores: Si, Al, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na Ti e P Traço: Zn, Cu, Cr, Cd, Co, Pb, Ni, As, Sr e Ba	60	Digestão em unidade de micro-ondas de alta pressão + Fusão / ICP-OES
R3: R2 + Terras Raras	€ R3	Metodologia
Maiores: Si, Al, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na e P Traço: Zn, Cu, Cr, Cd, Co, Pb, Ni, As e Ba Terras Raras: Ce, Cr, Dy, Er, Eu, Gd, Hf, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sc, Sm, Y e Yb	90	Digestão em unidade de micro-ondas de alta pressão e/ou fusão separação por cromatografia / ICP-OES

* O custo da deslocação dos técnicos para recolha de amostras é considerado ao km de acordo com o preço tabelado em Diário da República; Os preços apresentados encontram-se de acordo com a Deliberação n.º 607/2015, publicada em Diário da República, 2.ª série - N.º 79 - 23 de abril de 2015; Os preços dos programas apresentados não incluem o valor do IVA.

Sobre os preços finais serão ainda considerados os seguintes descontos em função do número de amostras:

- Entrega de um número de amostras igual ou superior a 10: desconto de 5%.
- Entrega de um número de amostras igual ou superior a 20: desconto de 10%.
- Aos parâmetros individuais, quando adquiridos em conjunto com programas de análise, é aplicado um desconto de 50%.
- As análises realizadas para Unidades de Investigação da Universidade de Évora terão um desconto entre 10% (análises individuais) a 30% (programas de análise) mediante o número de amostras, desde que seja superior a 10, prevalecendo o caso do desconto mais elevado (no caso da escolha de programas de análise e análises individuais).
- Para pedidos específicos, que não se enquadrem nas classificações acima referidas, as análises terão um desconto entre 5% (análises individuais) a 20% (programas de análise) mediante o número de amostras, desde que seja superior a 10, prevalecendo o caso do desconto mais elevado (no caso da escolha de programas de análise e análises individuais).



ambiterra@uevora.pt



+ 351 266 768 067



www.ambiterra.uevora.pt



@AMBITERRA_LAB



Colégio Pedro da Fonseca: Parque Industrial e Tecnológico, Rua da Barba Rala nº1 7005-554, Évora
Colégio da Mitra: Herdade da Mitra, apartado nº94, Valverde 7006-554, Évora

Diretora do Laboratório AmbiTerra

Profª Rita Maria Ferreira da Fonseca



rfonseca@uevora.pt